Esamen ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
d'un Daviet d'apres le dessein envoyé
a l'academie par M. Brigault M.^e
Chirurgien a Bessoy pres de Montargis

jl est difficile de juger d'un instrument aussi mal dessiné et aussi mal decrit que l'est celui ci, on y apperçoit pourtant des deffauts, et l'on peut dire que si M. Brigault avoit connu les Daviets qui sont actuellement en usage pour les meilleurs, il se seroit epargné la peine d'en imaginer un, qui quoi qu'il soit d'une invention singuliere ne paroit propre qu'a augmenter le nombre de ceux qui sont mauvais.

Les machoires ~~et le~~ ou les mentonnets de son Daviet n'offrent ni l'etendue ni l'ecartement necessaires pour bien saisir les plus grosses dents sans s'exposer a les casser.

Les branches en rendent l'usage difficile et dangereux, comme elles sont courbes dans leur face interne et convexes a l'esterne, elles presentent un ecartement si considerable qu'une

main ordinaire ne peut les embrasser avec
Sureté dans l'endroit de ces branches le plus
propre a agir avec la force, et l'adresse
convenables. ainsi ce Seul deffaut Suffit
pour le faire rejetter Mesoury

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE